



SỞ Y TẾ HÀ NỘI
TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM
THUỐC, MỸ PHẨM, THỰC PHẨM

Đ/C: 107/7 Nguyễn Chí Thanh - Hà Nội
Điện thoại: 024 - 3773 7603
Email: kiemnghiemhanoi@yahoo.com.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



PHIẾU KIỂM NGHIỆM

(Kết quả kiểm nghiệm chỉ có giá trị đối với mẫu đem thử)

Số: 1908/KNT-20

Mẫu kiểm nghiệm : KHĂN HẠ SÓT DR. PAPIE O⁺
Số đăng kí : 190001865/PCBA - HN
Nơi sản xuất : Công ty cổ phần Grandstar Quốc tế
Số kiểm soát : 012020 Ngày sản xuất: 06/03/2020 Hạn dùng: 06/03/2023
Nơi gửi mẫu : Công ty cổ phần Grandstar Quốc tế
Yêu cầu kiểm nghiệm: Kiểm tra chất lượng
Ngày nhận mẫu : 04/05/2020 Số đăng kí KN: 20/325TG
Người nhận mẫu : Nguyễn Văn Hiếu
Tiêu chuẩn thử : Tiêu chuẩn cơ sở

Tình trạng mẫu khi nhận và khi mở để kiểm nghiệm: Ché phẩm đóng trong hộp kín

1. Các chỉ tiêu cảm quan:					
STT	Tên tiêu chí	Yêu cầu		Kết quả	
1.1	Trạng thái	Khăn tắm ướt dung dịch		Đạt	
1.2	Mùi	Mùi đặc trưng của sản phẩm		Đạt	
2. Các chỉ tiêu hóa lý:					
STT	Tên tiêu chí	Mức công bố	Phương pháp thử	Kết quả	
2.1	pH	4,5 - 8,0	ĐDVN IV - Phụ lục 6.2	Đạt	
3. Chỉ tiêu kích ứng:					
STT	Tên tiêu chí	Mức công bố	Phương pháp thử	Kết quả	
3.1	Kích ứng da	Không được quá giới hạn kích ứng da không đáng kể	ISO 10993 - 10:2002 (E) – Phần 10	Đạt (không kích ứng)	
4. Các chỉ tiêu vi sinh vật					
STT	Tên tiêu chí	Đơn vị tính	Mức công bố	Phương pháp thử	Kết quả
4.1	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	CFU	Không được có trong 0,1ml	ISO 22718: 2015	Đạt
4.2	<i>Staphylococcus aureus</i>	CFU	Không được có trong 0,1ml	ISO 22717: 2015	Đạt

* Chỉ tiêu không trong danh mục phép thử được công nhận ISO/IEC:17025

** Chỉ tiêu sử dụng nhà thầu phụ thử nghiệm

Các bạn trích sao kết quả này sẽ không có giá trị nếu không có sự đồng ý của lãnh đạo TTKNTMIPTP Hà Nội

Trang 1/1

4.3	<i>Candida albicans</i>	CFU	Không được có trong 0,1ml	ISO 18416 : 2015	Đạt
5. Chỉ tiêu kim loại nặng					
STT	Tên tiêu chí	Đơn vị tính	Mức công bố	Phương pháp thử	Kết quả
5.1	Arsen	ppm	Không quá 5	ĐDVN IV - Phụ lục 9.4.2	Đạt (< 1)
5.2	Chì	ppm	Không quá 20	ĐDVN IV - Phụ lục 9.4.8	Đạt (< 3)

Kết luận: Mẫu KHĂN HẠ SÓT DR. PAPIE O⁺ số 1908/KNT-20 đạt yêu cầu các tiêu chí đã kiểm nghiệm theo Tiêu chuẩn cơ sở.

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2020

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Thanh Phương



PHIẾU KIỂM NGHIỆM - SỐ 1908/KNT-20

* Chỉ tiêu không trong danh mục phép thử được công nhận ISO/IEC:17025

** Chỉ tiêu sử dụng nhà thầu phụ thử nghiệm

Các bản trích sao kết quả này sẽ không có giá trị nếu không có sự đồng ý của lãnh đạo TTKNTMPTP Hà Nội